



# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества  
средств измерений



## Средство измерений

Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ  
производства

ОАО УК «Холдинг «Теплоком», г. С-Петербург

аттестовано на Знак качества  
средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и  
метрологических характеристик:

- Диаметр условного прохода от 15 до 150 мм
- Диапазон измерений расхода от 0,001 до 630 м<sup>3</sup>/ч
- Отношение максимального значения расхода к минимальному  
-1:625; 1:375; 1:250
- Пределы погрешности при измерении расхода и объема  $\pm 1$  и  $\pm 2$  %

Руководитель Экспертной комиссии,  
Заместитель Генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



А.С. Евдокимов

Эксперт

С.Н. Ненашев

**РОСТЕСТ**



**МОСКВА**